

LAMPADINE / LAMPADINE ALOGENE


LAMPS / HALOGEN LAMPS

LAMPADINE ALOGENA DIAGNOSTIC 22.8V 150W G6.35 BERCHTOLD CZ908-22 FILAMENTO C6 OVALE

HALOGEN LAMPS DIAGNOSTIC 22.8V 150W G6.35 BERCHTOLD CZ908-22 FILAMENT C6 OVAL

CARATTERISTICHE CHARACTERISTICS

Tipo Type	Lampadine Lamp
Tecnologia Technology	alogen halogen
Tensione (V) Voltage (V)	22.8
Potenza (W) Power (W)	150
Attacco Base	G6.35
Riferimento originale Original part number	CZ908-22
Applicazione Application	MEDICALI, ELETTROMEDICALI, OSPEDALE, SALA OPERATORIA, BERCHTOLD, STRUMENTI DIAGNOSTICI MEDICAL, ELECTROMEDICAL, HOPITAL, SALLE D OPERATION / BLOC OPERATOIRE, BERCHTOLD, INSTRUMENTS DIAGNOSTIQUES
Tipo di applicazione principale Main application type	Industriale, Medico Industrial, Medcal
Marca Brand	BERCHTOLD



NORMATIVO REGULATORY

Regolamentazione EPR EPR Regulation	LAMPES
Codice doganale Customs code	85392198

Data dell'ultimo aggiornamento il 27/08/2026.

Le informazioni contenute in questo documento sono fornite a titolo indicativo e corrispondono ai dati disponibili alla data della sua pubblicazione. Nonostante la cura posta nella loro preparazione, possono contenere errori, omissioni o imprecisioni e sono soggette a modifiche senza preavviso. Informazioni esatte salvo errori tipografici al momento dell'esportazione del PDF. Si consiglia di consultare il sito internet per verificare le informazioni più recenti. Per ulteriori informazioni: qualite@vlad.fr

Immagini non contrattuali. ©2026 AMMIRATA. Tutti i diritti riservati. I marchi e i loghi menzionati sono di proprietà di AMMIRATA, delle sue filiali o dei rispettivi titolari.

Last updated on 27/08/2026.

The information contained in this document is provided for guidance only and reflects the data available on the date of publication. Despite the care taken in its preparation, it may contain errors, omissions or inaccuracies and is subject to change without notice. Information is deemed accurate, subject to typographical errors at the time the PDF is exported. Users are advised to consult the website to verify the latest information. For further information, please contact: qualite@vlad.fr

Images are for illustrative purposes only and are not contractually binding. ©2026 AMMIRATA. All rights reserved. The trademarks and logos mentioned are the property of AMMIRATA, its subsidiaries or their respective owners.

Guido Ammirata Srl - Via Oslavia, 17/3, 20134 Milano MI, ITALIA - +39 02 2820646 - <https://ammirata.it/>

Page 1 / 2

LAMPADINE / LAMPADINE ALOGENE

LAMPS / HALOGEN LAMPS

**LAMPADINE ALOGENA DIAGNOSTIC 22.8V 150W G6.35 BERCHTOLD
CZ908-22 FILAMENTO C6 OVALE****HALOGEN LAMPS DIAGNOSTIC 22.8V 150W G6.35 BERCHTOLD
CZ908-22 FILAMENT C6 OVAL****AVERTISSEMENTS AVERTISSEMENTS**• **MESSA IN SERVIZIO**COMMISSIONING

Per tutte le informazioni relative alla messa in servizio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding commissioning, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **STOCCAGGIO**STORAGE

Per tutte le informazioni relative allo stoccaggio, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding storage, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **SICUREZZA**SAFETY

Per tutte le informazioni relative all'utilizzo, consultare le istruzioni per l'uso del produttore.

For all information regarding use, please refer to the manufacturer's instructions for use.

• **RICICLAGGIO**RECYCLING

Non smaltire le lampadine e le lampade usate insieme ai rifiuti domestici.

Conferirle presso un punto di raccolta o di ritiro dedicato per consentirne il corretto trattamento e riciclaggio.

Do not dispose of used bulbs and lamps with household waste.

Take them to a dedicated collection or take-back point to ensure proper treatment and recycling.